



TOČENJE VODE NA ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Št. dokumenta/koda:	UČE NP 16.05
Stran od strani:	1/3
Velja od:	21. 7. 2022
Uporaba najmanj do:	21. 7. 2027
Izdaja:	Verzija 1

1. Namen in cilji aktivnosti

S točenjem vode zmanjšamo možnost za nastanek biofilma in tveganje za prenos okužb.


Ključne besede: točenje vode, zobozdravniški stol

2. Aktivnost ZBN lahko izvede (skladno s kompetencami)

IZBN		Omejitve, pripombe
Bolničar negovalec	DA	
Tehnik zdravstvene nege	DA	Tehnik zdravstvene nege – zobozdravstveni asistent Tehnik zdravstvene nege z NPK zobozdravstveni asistent Tehnik zdravstvene nege s specialnimi znanji
Diplomirana medicinska sestra	DA	
Diplomirana babica	NE	
Diplomirana medicinska sestra, 38. člen ZZDej-K	DA	licenca za strokovno področje
Študent zdravstvene nege	DA	Pod nadzorom mentorja
Študent babiške nega	NE	

Predviden čas za izvedbo aktivnosti	Do 4 minute
--	-------------

Potrebno število oseb za izvedbo aktivnosti	Ena (1)
--	---------


Skrbnik NP		Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu
-------------------	---	----------------------------------

3. Kratice uporabljene v protokolu

Dipl. m. s./ dipl. zdrav.	Diplomirana medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik		
TZN	Tehnik zdravstvene nege		
BN	Bolničar negovalec		
IZBN	Izvajalec zdravstvene / babiške nege		
ZBN	Zdravstvena/babiška nega		
NP	Nacionalni protokol		

4. Potrebni pripomočki

- **Zobozdravniški stol**
- **Tekoča pitna voda**

 <p>Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije</p> <p>Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana Tel: 01 544 54 80 e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si</p>	<p>NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE</p> <p>TOČENJE VODE NA ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU</p>	Št. dokumenta/koda:	UČE NP 16.05
		Stran od strani:	2/3
		Velja od:	21. 7. 2022
		Uporaba najmanj do:	21. 7. 2027
		Izdaja:	Verzija 1

5. Potek/izvedba aktivnosti zdravstvene nege

		Opombe
1	Vsak dan pred začetkom in po končanem delu vsaj 2 minuti izvajamo točenje vode na vseh iztočnih mestih zobozdravniškega stola.	Vodo točimo iz cevi za nasadne instrumente, zračno vodne pršilke, nastavka za točenje vode v kozarec in v pljuvalniku.
2	Med vsakim pacientom točimo vodo iz cevi za nasadni instrument in iz nasadnih instrumentov.	Vsaj 15 sekund točimo vodo med samim čiščenjem stola iz cevi za nasadni instrument, da iztočimo ostanek vode, ki je morda ostal v cevi po snetju nasadnega instrumenta. Vsaj 5 sekund točimo vodo po namestitvi sterilnega nasadnega instrumenta, da iz nasadnega instrumenta odstranimo ostanke olja.
3	Po vsaki dezinfekciji zobozdravniškega stola, ki jo je opravil vzdrževalec točimo vodo na vseh iztočnih mestih zobozdravniškega stola vsaj 4 minute.	Vodo točimo iz cevi za nasadne instrumente, zračno vodne pršilke, nastavka za točenje vode v kozarec in v pljuvalniku.
4	Po daljši prekinitvi dela ali ob vidno onesnaženi vodi, točimo vodo na vseh iztočnih mestih zobozdravniškega stola vsaj 4 minute.	Vodo točimo iz cevi za nasadne instrumente, zračno vodne pršilke, nastavka za točenje vode v kozarec in v pljuvalniku.

6. Opombe, omejitve protokola: /

7. Temeljna literatura:


Jakubovics, N., Greenwood, M., Meechan, J.G. (2014). General medicine and surgery for dental practitioners: part 4. Infections and infection control. *British Dental Journal*; 217(2), 73-7.

Ricci, M.L., Fontana, S., Pinci, F., Fiumana, E., Pedna, M.F., Farolfi, P., Sabbatini, M.A., Scaturro, M. (2012). Pneumonia associated with a dental unit waterline. *Lancet*, 18;379(9816), 684.

Hatzenbuehler, L.A., Tobin-D'Angelo, M., Drenzek, C., Peralta, G., Cranmer, L.C., Anderson, E.J., Milla, S.S., Abramowicz, S., Yi, J., Hilinski, J., Rajan, R., Whitley, M.K., Gower, V., Berkowitz, F., Shapiro, C.A., Williams, J.K., Harmon, P., Shane, A.L. (2017). Pediatric Dental Clinic-Associated Outbreak of Mycobacterium abscessus Infection. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*; 1;6(3), e116-e122.

Peralta, G., Tobin-D'Angelo, M., Parham, A., Edison, L., Lorentzson, L., Smith, C., Drenzek, C. (2016). Notes from the Field: Mycobacterium abscessus Infections Among Patients of a Pediatric Dentistry Practice-Georgia. *Morbidity and Mortality Weekly Report*; 8;65(13), 355-6..

Kohn, W.G., Harte, J.A., Malvitz, D.M., Collins, A.S., Cleveland, J.L., Eklund, K.J. (2003). Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for infection control in dental health care settings. *The Journal of the American Dental Association*; 135(1), 33-47.

	Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babič in zdravstvenih tehnikov Slovenije Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana Tel: 01 544 54 80 e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si	NACIONALNI PROTOKOL AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TOČENJE VODE NA ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU	Št. dokumenta/koda: UČE NP 16.05
			Stran od strani: 3/3
			Velja od: 21. 7. 2022
			Uporaba najmanj do: 21. 7. 2027
			Izdaja: Verzija 1

8. Podrobnejša in dodatna navodila - povezava z drugimi dokumenti (priloge k NP)

Številka priloge	Naziv dokumenta

9. Pregled zadnjih sprememb v dokumentu

Zap. št.	Sprememba v točki:	OPIS SPREMEMBE

10. Potrditev dokumenta

	organ	Številka sklepa	datum	Odgovorna oseba/podpis
I. SKLEP O USTREZNOSTI NP	Delovna skupina za nacionalne protokole Zbornice-Zveze	9/2022	7. 6. 2022	Klavdija Potočnik
II. SKLEP O USTREZNOSTI NP	Upravni odbor Zbornice - Zveza	189/19	14. 7. 2022	Monika Ažman

	FUNKCIJA/ ORGAN	IME IN PRIIMEK	PODPIS
PRIPRAVIL:	Strokovnjaki Strokovne sekcije MS in ZT	Valerija Skopec	
PREGLEDALI:	Strokovne službe Zbornice – Zveze / PVK	Draga Štromajer	
ODOBRIL:	Predsednica Zbornice – Zveze	Monika Ažman	
SKRBNIK DOKUMENTA:	Predsednik/ca Strokovna sekcija MS in ZT	Damjana Grubar	